Mep_mode d'emploi 13/07/10 15:27 Page 1

Découvrez la différence



Un mouvement unique en 3 étapes



Pour activer l'aiguille guide, appuyez sur le bouton.

Une fois le bouton appuyé, l'aiguille guide prend sa position à 90°. Le cathéter est alors prêt à être inséré.



Une fois le cathéter inséré : l'aiguille se rétracte automatiquement quand le compartiment protecteur de l'aiguille est enlevé, en laissant la canule souple en position.

ACCU-CHEK® FlexLink Plus

Le complément idéal pour votre pompe



www.accu-chek.fr

AVERTISSEMENT : *changez le dispositif cutané au moins tous les 2-3 jours (72h au maximum) en raison du risque de résistance à l'insuline et d'inflammation du site de perfusion. Ceci n'est pas un mode d'emploi. Pour plus d'informations et en cas de première utilisation, veuillez vous référez au mode d'emploi du dispositif. INTERDICTION d'utiliser ce document pour guider l'utilisation d'un set de perfusion autre que Accu-Chek FlexLink Plus.*

Roche Diagnostics
2, avenue du Vercors
38240 Meylan

ACCU-CHEK®

3900 - www.pro-g.eu - Réf. 00056093766 - ACCU-CHEK, ACCU-CHEK FLEXLINK, ACCU-CHEK LINKASSIST sont des marques déposées du groupe Roche © Roche 2010

ACCU-CHEK® FlexLink Plus

Roche

Accu-Chek® FlexLink Plus

Le seul cathéter à aiguille auto-rétractable

NOUVELLE GÉNÉRATION

ACCU-CHEK®

Mep_mode d'emploi 13/07/10 15:27 Page 2

Insertion manuelle



Retirez les deux parties du film protecteur.

Appuyez sur le bouton bleu pour activer l'aiguille.

Pincez le tissu sous-cutané. Insérez le cathéter sous la peau d'un geste rapide et continu.

Appliquez l'adhésif en passant le doigt sur le pourtour.

Retirez doucement le compartiment protecteur de l'aiguille de la peau, en pressant légèrement sur les côtés et en maintenant 2 doigts sur le collant.

Insertion automatique

avec l'Accu-Chek® LinkAssist Plus

ASTUCE
Accu-Chek LinkAssist Plus
Sens d'insertion du cathéter dans le serteur : partie bleue du cathéter orientée vers le cran de sécurité bleu du serteur.

Fixez Accu-Chek FlexLink Plus dans l'emplacement du serteur. Retirez les deux parties du film protecteur.

Tenez le serteur et faites remonter la partie amovible au maximum pour sortir l'aiguille.

Positionnez le serteur sur la peau (cran de sécurité appuyé). Pressez le bouton de déclenchement, puis enlevez le serteur.



Après avoir purgé la tubulure jusqu'à l'apparition de gouttes d'insuline à l'extrémité, connectez-la au dispositif cutané (clic audible).